Aspirator de lichid

POLIVAC B4/SLT30 1

Ghid Rapid

- Aspiratorul trebuie să fie folosit în poziţie verticală, pe un loc fără obstacole în calea de răcire cu aer – nu mai puţin de 20 cm de la perete;
- Nu folosiţi dispozitivul dacă priza sau cablul de alimentare este uzat sau umezit;
- Pentru alimentare folosiţi doar prize cu trei contacte (faza + nulul + pământul de protecţie);
- Folosiţi catetere rigide de absorbţie doar dacă obiectul de lucru este în control vizual direct, altfel folosiţi doar tuburi catetere moi;
- Pentru absorbţie pe suprafeţe delicate, folosiţi doar catetere de absorbţie cu reglare manuală a vacuumului – acest sistem furnizează mai multă siguranţă, absorbţie intermitentă şi, dacă este necesar, reducerea imediată a puterii de absorbţie;

- Niciodată nu dezactivaţi dispozitivul la vacuum maxim, mai întâi trebuie să reduceţi nivelul vacuumului cu regulatorul de pe panoul frontal;
- Pentru a verifica tuburile, recipientele, capacele, garniturile dacă nu sunt vătămate sau înfundate, se recomandă, ca fiecare dată când folosiţi dispozitivul, să-l activaţi la vacuum maxim cu tubul de la pacient închis.

GOLIREA RECIPIENTULUI

Pentru a goli un recipient plin,trebuie să îl scoateţi menţinând poziţia verticală, şi apoi începeţi să vărsaţi lichidul din recipient prin gaura pentru conectarea tubului de la pacient.

Îndepărtaţi capacul pentru golirea finală a recipientului doar dacă acesta este aproape gol.

OPERAŢIUNI DE CURĂŢARE ŞI DEZINFECTARE

Recipientul cu capac (ambele din materiale rezistente la vătămare), tuburile cu conectoare, garniturile, accesoriile de absorbţie, sunt sterilizate în autoclavă, la 121 ºC timp de 20 minute, sau cu soluţie de sterilizare rece (cum ar fi Cydex).

Filtrul bacteriologic este sterilizabil (în autoclavă, la 121 ºC timp de 20 minute) dar nu trebuie umezit în timp ce este curăţat. Filtrul trebuie schimbat după aproximativ 30 de folosiri (nu mai mult de 50 de ori).

Dispozitivul suplimentar de asigurare contra supra-umplerii, dacă este necesar, poate fi detaşat şi sterilizat cu soluţie de sterilizare rece (cum ar fi Cydex).

Carcasa dispozitivului poate fi curăţată cu soluţie slab concentrată de săpun. Aveţi grijă ca lichidul să nu pătrundă în interiorul dispozitivului – acesta poate produce scurtcircuit electric sau defectarea componentelor interne.

Când aspiratorul nu este folosit, acesta trebuie păstrat într-un loc uscat, curat şi la temperatura camerei.

Dispozitivul trebuie să fie păstrat în poziţie verticală, chiar şi în cazul transportării.