Cardiomonitor

Dash 4000

Ghid rapid

Alarme. Cauze. Remedii.

ECG

Mesajul de alarmă	Cauza posibilă	Remedii posibile
Toate alarmele sunt dezactiva	• Pacientul este deconectat de la cardiomonitor	• Conectaţi monitorul la pacient
ОТКАЗ ОТВЕДЕНИЙ ОТКАЗ ЛП ОТКАЗ ЛН ОТКАЗ ПП ОТКАЗ V	• Nivel mic al semnalului la electrod	• Fixaţi bine electrozii pe pieptul copilului
ОТКАЗ V2 – V6	• Sunt conectate numai 5 din 10 derivaţii	• Dezactivaţi mesajul de eroare apăsînd pe ECG şi din meniul acestuia setăm “**СТЕРЕТЬ ОШИБКУ V2 – V6** ”
ОТСОЕДИНЕН	• Cardiomonitorul este deconectat de la pacient	• Conectati monitorul la pacient

Măsurarea neinvaziva a presiunei sanguine

Atenţie !!!

În timpul procesului de masurare a presiunei nu apăsaţi, îndoiaţi tuburile manjetei acesta poate duce la eronarea rezultatelor.

Precizia presiunei sanguine măsurate prin metoda neinvazivă depinde de alegerea corectă a marimei manjetei şi de corectitudinea plasări acesteia pe mîna copilului.

Defectiune	Cauza posibilă	Remedii posibile
Inflarea menjetei mai mult de 5min.	• Eroare interna • Defectiune tehnica a pompei • Este prea mult aer in manjeta	• Convigeţivă că în manjetă nu este aer şi încercaţi să măsuraţi presiunea în regim manual.
Eroare la înflarea manjetei Tensiunea înaltă a manjetei		• Scoateţi manjeta şi adresaţiva la srviciul tehnic
Măsurarea nu a avut loc	• Manjeta nu este plasata corect	• Verificaţi dacă manjeta este corect aplasată şi încercaţi să faceţi masurarea în regim manual
Pompa de aer nu funcţionează sau sunt scurgeri de aer din manjetă	• Nu este comunicarea dintre manjeta si monitor	• Verificaţi conexiunea dintre manjeta şi cardiomonitorm. Verificaţi dacă nu sunt scurgeri la manjetă. Repetaţi măsurarea în regim manual.
Presiunea nu se înregistrează în decurs de 3 min.	• Pacientul nu sta in pozitia corespunzatoare	• Verificaţi ca pacientul sa nu se mişte sau dacă nu are aritmie. Repetaţi măsurarea în regim manual

SpO_2

Mesajul de alarmă	Cauza posibilă	Remedii posibile
SPO2 ПОИСК ПУЛИСА	• Semnalul pulsului este slab	• Verificati pacientul si senzorul
ДАЧИК ОТСОЕДИН. ОТ ПАЦИЕНТА	• Datele nu sunt afişate pe monitor din cauza că traductorul nu e conecta, nu e amplasat corect pe pacient sau e defectat	
НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА	• Datele sunt afişate pe ecran însă calitatea semnalului este dubioasa	
ОБНАРУЖ.НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА	• Datele nu se vizualizeaza pe ecran din cauza frecventei mici a pulsului,miscarea pacientului sau alte perturbatii	
ДАТЧ.ИЛИ МОДУЛЬ НЕИСПРАВЕН	• Senzor defectat	• Schimbati senzorul sau cablul de interconectare

Monitorizarea respiraţiei

Mesajul de alarmă	Cauza posibilă	Remedii posibile
АПНОЭ	• Nu se monitorizeaza respiratia	• Verificati starea pacientului si amplasarea electrozilor
АРТЕФАКТ	• Nu se monitorizeaza respiratia	
ОТКАЗ ОТВ. I (II)	• Cardiomonitorul nu inregistreaza datele pacientului pe derivatia aleasa	
ОТКАЗ ОТВЕДЕНИЙ	• Cardiomonitorul nu inregistreaza datele pacientului nici pe o derivatie	

Monitorizarea temperaturii

Mesajul de alarmă	Cauza posibilă	Remedii posibile
ПРОВ.КАЛ СБОИ КАЛ СЕНСОР	• Cardiomonitorul nu inregistreaya semnalul senzorului	• Verificati senzorul de temperatura

Curatare si dezinfectare:

– **Pericol de electrocutare!!!**

Inainte de a curaţi sau a dezinfecta dispozitivul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare.

– **Pericol de defectare a dispozitivului!!!**

– Evitaţi pătrunderea apei sau a detergenţilor în interiorul dispozitivului
– Nu sterilizaţi dispozitivul.
– Folosiţi numai agenţi de curăţare speciali (Hipoclorit de sodium: **NaClO** in concentratia nu mai putin de **1:500** si nu mai mult de **1:10**)
– Se interzice folosirea agentilor de curatare pe suprafetele metalice! Aceasta poate duce la corozia lor.
– Dupa curatire dispozitivului stergeti surprusul de lichid cu o cirpa uscata ce nu lasa urme şi aţe. NU conectati dispozitivul timp de 30 min.
– NU uscati dispozitivul sub razele directe a soarelui, in cuptor, cu incalzitor.

NU folositi agent de curatare care contin: granule, acentona, cetona, betadin, spirt, saruri de natriu, acestea pot duce la: decolorarea dispozitivului, corizia partilor metalice, fragilitate sporita a cablurilor si a conectorilor, defectarea dispozitivului.